



ZAKŁAD JAKOŚCI ŻYWNOSCI

92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84  
tel. (+48 42) 636 92 11, (+48 42) 636 55 72, (+48 42) 674 64 14 wew. 320, fax (+48 42) 674 81 24  
zj@ibprs.pl  
NIP: 525-000-82-64 REGON: 000053835-00026

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  
im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
02-081 Warszawa, ul. Rakowiecka 36  
NIP 525-000-82-64 REGON 000053835  
ZAKŁAD JAKOŚCI ŻYWNOSCI  
92 - 202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84  
tel. (42) 674 64 14, (42) 636 92 11, tel./fax. (42) 674 81 24

1/1

Łódź, 02-12-2020

Sprawozdanie z badań Nr K/424/01/2020

**Obiekt badania: Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza, przepływowa Roch 110 wyposażona w promiennik firmy PHILIPS TUV 2 x 55W**

Stan obiektu do badań: prawidłowy

**Klient: PARAMID 3 D Tomasz Wójcik**  
**02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 25 lok.29**

Obiekt do badania pobrał i dostarczył Klient: 23-11-2020  
Badania rozpoczęto: 25-11-2020  
Badania zakończono: 01-12-2020

Rodzaj oznaczenia / cecha	Metoda analityczna	Wyniki	
<b>Parametry mikrobiologiczne</b>			
Badanie poziomu zanieczyszczenia powietrza podczas działania lampy w pomieszczeniu o powierzchni ok. 40 m <sup>2</sup>	Metodyka własna przy użyciu mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 ECO™ Instrukcja MAS-100 Eco™	*[jtk/1 m <sup>3</sup> ]	Redukcja drobnoustrojów
- ogólna liczba drobnoustrojów w czasie 0		<b>338</b>	-
- ogólna liczba drobnoustrojów po 2 godz.		<b>95</b>	R <sub>2h</sub> = 71,89%
- ogólna liczba drobnoustrojów po 6 godz.		<b>60</b>	R <sub>6h</sub> = 82,25 %
- ogólna liczba drobnoustrojów po 20 godz.		<b>9</b>	R <sub>20h</sub> = 97,34%
- liczba pleśni i drożdży w czasie 0		<b>147</b>	-
- liczba pleśni i drożdży po 2 godz.		<b>41</b>	R <sub>2h</sub> = 72,11%
- liczba pleśni i drożdży po 6 godz.		<b>26</b>	R <sub>6h</sub> = 82,31%
- liczba pleśni i drożdży po 20 godz.		<b>3</b>	R <sub>20h</sub> = 97,96%

\*Wyniki stanowią średnią liczbę drobnoustrojów z dwóch pomiarów

Autoryzował:  
KIEROWNIK  
Pracowni Mikrobiologii

dr inż. Anna Szosland-Fałtyń  
Adjunkt

Zatwierdził:

KIEROWNIK ZAKŁADU  
JAKOŚCI ŻYWNOSCI

dr Beata Bartłomajska

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do próbki zbadanej. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak w całości. Klient ma prawo złożyć reklamację na piśmie w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia Sprawozdania z badań.

